

القياس في الكيمياء

تمارين تطبيقية

التمرين 1 : حساب التركيز الكتلي

توفر على حجم $V = 200\text{mL}$ محلول الغليكوز والذي يحتوي على $m = 0,75\text{g}$ من الغليكوز .

أحسب التركيز الكتلي لهذا محلول .

التمرين 2 : تحديد كثافة سائل

نريد تحديد كثافة الإيثانول ، لهذا الغرض نقيس حوجلة معيارية من فينة $50,0\text{mL}$ فارغة ، فنحصل على $m_1 = 61,7\text{g}$ ثم نملأها بالإيثانول ونقيسها مرة أخرى فنحصل على $m_2 = 101,2\text{g}$ ، علماً أن كتلة $L = 50\text{mL}$ من الماء تساوي 50g ، أحسب كثافة الإيثانول بالنسبة للماء .

التمرين 3 : القياس من أجل الحماية

يحتوي مشروب الرمان على ملون أحمر (E124) نسبته في هذا المشروب تساوي 142mg/L . الكتلة اليومية المسموحة لشخص تناولها من هذا الملون هي $0,75\text{mg}$ بالنسبة لكل 1kg من كتلة الشخص .

حدد الحجم اليومي من هذا المشروب الذي يجب أن يتناوله طفل كتلته 20kg دون أن يتتجاوز القيمة

المسموحة بها من المادة الملوونة ؟

التمرين 4

يمكن مراقبة فحوى الغليكوز في البولة بواسطة شريطات رائزة مشبعة بتفاعل يتعلق لونه بتركيز الغليكوز تتوفر هذه الشريطات على سلم من اللوبيات تمكن من تحديد فحوى الغليكوز .

لتحديد التركيز الكتلي من الغليكوز في عصير من الفواكه ننجز معايرة تبرز تحولاً كيميائياً بين أيونات اليودات والغليكوز .

1 – قارن الطريقيتين المتبعتين لتحديد التركيز الكتلي لغليكوز (دقيق ، غير دقيق ، سريع ، مخبر)

2 – أذكر مثال آخر لقياس يمكن إنجازه بواسطة سلم اللوبيات وبواسطة جهاز قياس .

التمرين 5 : القياس من أجل التدخل

يحتوي ماء حوض الأسماك على أيونات التتروز NO_2^- والتي يمكن تحديدها باستعمال الشريطات الرائزة بحيث لا تتتجاوز القيمة $0,10\text{mg/L}$.

يصبح ماء الحوض ملواناً ، إذا وصل فحوى أيونات التتروز $L = 0,50\text{mg}$ ، في هذه الحالة يُنصح بتغيير ثلث مائه

1 – ما القيمة الجديدة للتركيز الكتلي لأيونات التتروز بعد التغير الجرئي للماء ؟

2 – هل يجب إنجاز معالجة لهذا الماء لكي تُنقص أيونات التتروز ؟

القياس في الكيمياء

القياس في الكيمياء

La mesure en chimie

ملخص الدرس

I – لماذا القياس ؟

– يتم القياس في الكيمياء : من أجل الاخبار و المعرفة والمراقبة والحماية والتدخل **أمثلة :**

* الاخبار والمعرفة : لصيقة مواد غذائية

* المراقبة والحماية والتدخل : التحاليل المخبرية (الدم ، جودة الحليب ، الماء الصالح للشرب الخ)

– تُمكّن هذه القياسات من تحديد التركيز الكتلي للأنواع المحللة أو الكثافة بالنسبة للماء بالنسبة للسوائل والأجسام الصلبة
.....

– يعبر عن التركيز الكتلي أو الفحوى الكتليلي C_m بالعلاقة التالية :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

m : كتلة المادة المذابة ب g و V : حجم محلول ب L وبالتالي فإن C_m نعبر عنه ب g/L

– يعبر عن الكثافة بالنسبة للماء لجسم سائل أو صلب بالعلاقة التالية :

$$d = \frac{m}{m_0}$$

m : كتلة الحجم V من الجسم (سائل أو صلب) ب g

m_0 : كتلة نفس الحجم V من الماء ب g

II – كيف يتم القياس في الكيمياء ؟

تكون تقنية القياس ملائمة للهدف المحدد

– القياس التقريري والقياس الدقيق

القياس التقريري يتم إنجازه باستعمال معدات بسيطة ورق pH ، بالمقابل **فالقياسات الدقيقة** تتطلب استعمال معدات جد متطرفة مثل : المعايرة .

– القياس المستقر والقياس الطرفي

يمكن القياس المستمر من تتبع ، في الوقت الحقيقي ، تطور مقدار معين وهو يتطلب استعمال لاقط ملائم

(تتبع نوعية الهواء في مكان معين) أما القياس الطرفي فيتم على عينات يتم تحليلها في المختبر (

تحليل الدم لتحديد نسبة السكر أو تحليل الماء لتحديد نسبة التلوك (.....)

– القياس التجريبي أو غير تجريبي

عندما تكون العينة متوفرة بكمية قليلة وقابلة للاستعمال لإجراء تحاليل أخرى ، فإنه يتم اختيار طريقة غير مخبرية ، (تحاليل مخبرية على عينات من دم الشخص بحيث يجب أن لا يخرب المخبر عينة الدم حتى


يمكن من إجراء تحاليل أخرى) وفي الحالات الأخرى ، يمكن استعمال طريقة مخبرية ، مثل المعايرة ،

التي يتدخل فيها تحول كيميائي . مثل تحديد التركيز الكتلي لأيونات الكلورور Cl^- في الماء المعدني لكونه جد متوفراً .

التمارين 3 ، 4 ، 5

القياس في الكيمياء

أساسية وهي ثاني أوكسيد الكبريت SO_2 وثاني أوكسيد الأزوت NO_2 والأوزون O_3 . والجدولين التاليين يحددان المؤشر المتوسط لنوعية الهواء وكذلك التراكيز الكلية للغازات الملوثة الأساسية :



Sous-indice	SO_2 ($\mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$)	O_3 ($\mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$)	NO_2 ($\mu\text{g} \cdot \text{m}^{-3}$)
2	40 à 79	30 à 54	30 à 54
4	120 à 159	80 à 104	85 à 109
6	200 à 249	130 à 149	135 à 164
8	300 à 399	180 à 249	200 à 274
10	> 600	> 360	> 400

- 1 – ما هو الهدف من عملية قياس جودة الهواء ؟
- 2 – ما هي عتبات(les seuils) مختلفة الملوثات الموافقة للمؤشر التحتاني 7
- 3 – أعطت قياسات جودة الهواء بمدينة أوروبية في يوم 12 أبريل 2005 النتائج التالية :

$$\text{SO}_2 \rightarrow 140 \mu\text{g} / \text{m}^3$$

$$\text{NO}_2 \rightarrow 40 \mu\text{g} / \text{m}^3$$

$$\text{O}_3 \rightarrow 45 \mu\text{g} / \text{m}^3$$

أحسب مؤشر التلوث في هذا اليوم واستنتاج جودة هواء هذه المدينة .
تعرف المؤشر المتوسط لنوعية الهواء هو المؤشر التحتاني (sous - indice) الأكبر للملوثات الأربع .

القياس في الكيمياء

تمارين موضوعاتية


التمرين 6 : القياس من أجل المعرفة والإعلام

تحمل لصيقنا قيبيتي الماء المعديني (أ) والماء المعديني (ب) المعلومات التالية :

لصيغة قبيبة ماء معديني B		لصيغة قبيبة ماء معديني A	
miniralisation en mg/L		miniralisation en mg/L	
Sodium	120	Sodium	25,50
Potassium	8	Potassium	2,80
Magnésium	40	Magnésium	8,70
Calcium	70	Calcium	12,02
Chlorures	220	Chlorures	14,20
Bicarbonates	335	بكاربونات	103,7
Sulfates	20	Sulfates	41,70
Nitrates	4	Nitrates	0,10

تضمن أيونات هيدروجينوكربونات HCO_3^- المتواجدة في الماء إعادة pH الماء إلى قيمتها البدئية عند تلوّه بالأحماض . عند تجاوز فحوى الماء المعديني من الأيونات HCO_3^- القيمة 600mg / L ، يوصف بالكربوغازي .

للتحقق من تركيز الأيونات HCO_3^- في الماء المعديني (أ) أكبر من تركيزها في الماء المعديني (ب) ننجز التفاعل الكيميائي بين أيونات هيدروجينوكربونات وحمض الكلوريدريك في الأنبوبي اختبار A و B ، 2mL من الماء المعديني (أ) في الأنبوب A و 2mL من الماء المعديني (ب) في الأنبوب B ، وتصيف إليهما قليلاً من محلول حمض الكلوريدريك نلاحظ انتشار غاز بوفرة في الأنبوب A بينما لا يظهر أي شيء في الأنبوب B
نعطي المعادلة الكيميائية للتفاعل بين أيونات هيدروجينوكربونات و حمض الكلوريدريك :



باعتمادك على الوثيقتين أعلاه :

- 1 – ما هي مكونات الماء المعديني المسوّق ؟
- 2 – إذا علمنا أن مستهلك يتبع حمية بدون ملح ، أي قبيبة يمكنه اختيارها ؟
- 3 – أستهلك شخص خلال يوم 1,5L من ماء معديني B . أحسب كتلة الصوديوم المستهلكة خلال اليوم .

4 – ما هو دور اللصيغة بالنسبة للمستهلك ؟

5 – أي من المانعين المعدينيين يمكن وصفه بالكربوغازي ؟

التمرين 7 (القياس من أجل المراقبة والحماية)

تتغير نوعية الهواء حسب الأماكن التي تتعرض لظاهرة التلوث . هناك شبكة مختصة في قياس المؤشر المتوسط أو المؤشر التحتاني(sous - indice) على ثلاثة ملوثات لنوعية الهواء وبحسب اعتماداً على ثلات ملوثات